

# Modern mikroszkópos technikák


Haluszka Dóra

2020.11.02.





# A mikroszkópia rövid története

- már az ókori Rómában...vízzel töltött üveggömb
- 1600-as évek elején: Zacharias Jansen – teleszkóp/mikroszkóp feltalálója





- 1667: Robert Hooke – angol polihisztor – „Micrographia”, parafa cellái










„A nyitott Világegyetem”



- 1674: Antony van Leeuwenhoek – egy lencse, 270x nagyítás





- 1800-as évek eleje
- Carl Zeiss – jénai vállalkozó – mikroszkópok fejlesztése
- Ernst Abbe – optikai törvények, refrakció, diffrakció


Figure 2



Ernst Abbe (1840-1905)




Carl Zeiss (1816-1888)




Carl Zeiss mikroszkóp (1879)

# A hullámoptika alapjai






azonos fázis



ellentétes fázis

## Huygens-elv



Young kísérlet

# A felbontóképesség korlátai...




Ernst Abbe (1840-1905)

1873: Ernst Abbe – a fénymikroszkóp feloldóképességének elméleti korlátai vannak

**Abbe – elv:** a mikroszkópban csak akkor kapunk képet, ha a tárgyon elhajlott sugarak közül a főmaximumon kívül legalább az elsőrendben elhajlottak is bejutnak az objektívbe, és ezek is részt vesznek a képalkotásban

$$\delta = 0,61 \frac{\lambda}{n \sin \omega}$$

$\delta$  felbontási határ - legkisebb  $d$  távolság, amely távolságra elhelyezkedő tárgyponatok még különálló képpontokként képeződnek le









# Airy korongok – a fény hullámtermészetének bizonyítéka


Egy fénypont ideális optikai lencsével leképezett képe az Airy korong

Keletkezése: A kép síkjában fázisban levő hullámok (bal oldal) diffrakciós maximumot, míg  $180^\circ$ -kal eltolódott hullámok minimumot hoznak létre (jobb oldal).

Point Spread Function (PSF): A tárgy egy pontjának képek nem egy pont, hanem egy adott intenzitáseloszlású folt.



Mikor különböztethető meg két különálló pontszerű tárgy képe?




### Rayleigh –féle kritérium:

Két Airy disk éppen elkülöníthető egymástól, ha a köztük levő távolság ( $d$ ) egyenlő az Airy disk sugarával ( $r$ ).  
Másképp, ha az egyik Airy disk centrális maximuma egybeesik a másik első minimumával



# Fluoreszcencia mikroszkóp



$$E_{\text{gerjesztés}} \geq E_{\text{fluoreszcencia}}$$

$$\lambda_{\text{gerjesztés}} \leq \lambda_{\text{fluoreszcencia}}$$

Stokes-eltolódás



# Fluoreszcencia mikroszkóp






Figure 6





# Fény abszorpció és emissziós spektrum




$$E_{\text{gerjesztés}} \geq E_{\text{fluoreszcencia}}$$

$$\lambda_{\text{gerjesztés}} \leq \lambda_{\text{fluoreszcencia}}$$


# Fluoreszcencia forrása

- **Intrinsic** (belső) fluorofórok:

pl: triptofán, tirozin aminosavak, porfirinek




tirozin




triptofán

- **Extrinsic** (külső) fluorofórok:

pl: kívülről bevitt festékmolekulák




porfirin fluoreszcencia



porfirin

## Az ideális fluorofór:


- Kicsi
- Hidrofil
- A látható tartományban nyel el és emittál
- A Stokes eltolódás nagy
- Specifikusan kötődik
- Nem eredményez fotokémiai reakciókat







# Fluoreszcens fehérjék

- Green Fluorescent Protein (GFP)
- 1960-as évek, medúzából izolálták
- ~27 kDa, 238 as, 11 szálú  $\beta$ -hordó
- A központi hélix Ser-65, Tyr-66, és Gly-67 oldalláncai alkotják a kromofórt
- gerjesztés: kék (475 nm) és UV (396 nm) fénnel
- emisszió: 508 nm-en
- Vizsgálni kívánt fehérjéhez kötik – fúziós fehérje
- Mivel kis méretű – nem zavarja már fehérje funkcióját
- Transzfekció: tenyésztett sejtekbe juttatják a fehérjét
- Transzgenezis: ha megtermékenyített petesejtbe




*Aequorea victoria*







Transzgén egerek



Egér Purkinje sejtek



Béka izom sejtek GFP jelölése



Tumor sejtek követése



## 2008. Kémiai Nobel-díj




Photo: J.  
Henriksson/SCANPIX

**Osamu Shimomura**



Photo: J.  
Henriksson/SCANPIX

**Martin Chalfie**



Photo: UCSD

**Roger Y. Tsien**

# Lézerek általános tulajdonságai

light amplification by stimulated emission of radiation



- Monokromatikus
- koherens
- poláros
- jól fókuszálható


Rövid impulzusidő lehetséges –  $ps$ ,  $fs$

Nagy teljesítmény érhető el–  $kW$  -  $GW$

Nagy teljesítménysűrűség lehetséges



## Fény behatolási mélysége a bőrbe





A fény intenzitás gyengülése elnyelődés, fénytörés és visszaverődéssel egyaránt megvalósul.

Az, hogy a fény milyen mélyen képes behatolni a szövetbe, hullámhossz függő!!!

# Konfokális pásztázó mikroszkóp

**Konfokális elv:** apertúra segítségével takarjuk ki a nem fókuszsíkból érkező fénynyalábokat – a detektorba csupán a fókuszsíkból eredő nyalábok jutnak

- lézer fényforrás
- fényútba helyezett szűrőkkel a hullámhossz kiválasztható
- minta pásztázása pontról pontra
- XY irányban – pásztázó tükrök
- számítógépes vezérlés
- „optikai szeletelés” – 3D képalkotás







# Fluoreszcens és konfokális mikroszkóp összehasonlítása

fluoreszcens


Confocal and Widefield Fluorescence Microscopy



(a)




(b)




(c)


konfokális



(d)



(e)



(f)

Figure 1

humán medulla

nyúl izom


pollen

# Kétfoton mikroszkópia



- 1931. Maria Göppert-Mayer
- a gerjesztendő molekulába egyszerre két foton abszorbeálódik, és energiájuk összeadódik
- nagy intenzitású lézer fényforrás ~ megfelelő fotonsűrűség
- 1990. Első kétfoton abszorpciós fluoreszcencia mikroszkóp
- Wientfried Denk, Cornell University



Maria Göppert-Mayer (1906-1972)




Wientfried Denk (1957-)




# Fény abszorpció és emissziós spektrum

One photon excitation




Two photon excitation






# Előnyök


- Csak a fókuszfoltban gerjeszt – nincs kétfoton elnyelődés a fókuszon kívül
- A lézer mintára eső teljesítménye néhány mW – *in vivo* képalkotás
- Infravörös tartományban (700-1300 nm) hangolt fényforrás – kevésbé szóródik
- Mélyebb penetráció
- Több festék gerjeszthető egyszerre
- Az összes fluoreszcencia fényt detektáljuk




# Jelölés nélküli képalkotás




izom miozin




egér epidermis




egér dermis kollagén




keratin



mielinhüvely




adipociták



dentincsatornák

# 3D képalkotás


Kontroll és 2. típusú cukorbeteg egér dermisz kollagén szerkezetének összehasonlítása *in vivo* kétfoton mikroszkópiával




200  $\mu\text{m}$  x 200  $\mu\text{m}$   
exc: 990 nm



# Többszörös fluoreszcens jelölés




vese kéregállomány




gyűjtőcsatorna és JGA sejtek

# Mekkora a dolgok?






# Szuperrezolúciós mikroszkópia








# Szuperrezolúciós mikroszkópia

- 2014-ben Eric Betzig, Stefan W. Hell és William E. Moerner kémiai Nobel-díjban részesültek
- Intézetünkben 2018. augusztus
- nanométeres, molekuláris felbontást tesz lehetővé




- gerjesztő fénynyalábra azzal koncentrikus, gyűrű alakú kioltó fénynyalábot vetítünk
- STED (stimulated emission depletion microscopy)
- a leképezés pásztázó lézernyalábbal történik pontról pontra






konfokális

STED






konfokális



STED




# Ellenőrző kérdések felkészüléshez:

- ✓ a felbontóképesség korlátai

$$\delta = 0,61 \frac{\lambda}{n \sin \omega}$$

- ✓ Abbé-elv

- ✓ Fluoreszcencia mikroszkóp működési elve: mi a fényforrás, dikroikus tükör funkciója, gerjesztési/emissziós spektrumok, Stokes-eltolódás




- ✓ Fluoreszcencia forrásai: extrinsic, intrinsic



- ✓ GFP fehérje

- ✓ Konfokális mikroszkópia alapjai: mi a fényforrás, aptertura funkciója

- ✓ Kétfoton mikroszkópia alapjai: mi a fényforrás, milyen típusú lézer (fs), milyen hullámhosszon gerjesztjük a mintát, előnyök, gerjesztési/emissziós spektrumok



- ✓ Szuperrezolúciós mikroszkópia: STED képalkotás elve

